

## Nr. 12

# Apparat zur Behandlung des Kopfes

(Abbildungen 26, 27)

Die zur Behandlung des Kopfes (Hals-, Nasen- und Ohrenleiden) seither gebrauchten Heissluftapparate konnten nicht den Anspruch erheben, einwandfrei zu funktionieren. Abgesehen von den Uebelständen, welche infolge der Erzeugung der Hitze durch elektrisches Licht in Erscheinung getreten sind, war auch die Heizung zu langsam und zu wenig regulierbar. Man konnte über 80—90° nicht hinauskommen, und selbst die Hitzegrade wurden von den Patienten schlecht ertragen. Ausserdem hatte man seither nur Apparate im Gebrauch, welche den Patienten nötigten, die Behandlung in liegender Stellung auszuhalten, ein Uebelstand, der der Verwendung des so nützlichen Heissluftbades des Kopfes hindernd im Wege stand.




Abbildung 26

Wir haben uns infolgedessen, angeregt durch einen hiesigen Spezialarzt, veranlasst gesehen, einen Heissluftapparat für den Kopf, System Dr. Tyrnauer, zu bauen, der alle Uebelstände der seitherigen Methoden mit einem Mal beseitigt, und der denjenigen Herren Ärzten, die bis jetzt Gebrauch von diesem Apparat gemacht haben, ausserordentliche Erfolge gezeigt hat. Der Apparat ist, wie aus den